

TOLERANZTABELLEN FÜR DIE BEWERTUNG DER GESELLENPRÜFUNG **TEIL 2**

Bewertungskriterien Zentrierpunktabstand:

$\leq 1,0$ mm Abweichung	→ 100 % der Punkte
$> 1,0$ mm Abweichung	→ 0 % der Punkte

Ab einer Abweichung des **Einzelabstandes und/oder der Gesamt-PD (binokular)** größer 1,0 mm gilt die Aufgabe als optisch nicht gebrauchsfähig.

Bewertungskriterien Zentrierung Höhe:

$\leq 1,0$ mm Abweichung	→ 100 % der Punkte
$> 1,0$ mm Abweichung	→ 0 % der Punkte

Ab einer Abweichung größer 1,0 mm der Höhen im **Verhältnis R zu L**, gilt die Aufgabe als optisch nicht gebrauchsfähig.

Bewertungskriterien Achslage:

$\leq 2^\circ$ Abweichung	→ 100 % der Punkte
$> 2^\circ$ Abweichung	→ 0 % der Punkte

Ab einer Abweichung größer 2° gilt die Aufgabe als optisch nicht gebrauchsfähig.

Bewertungskriterien Maße:

$\leq 0,5$ mm Abweichung	→ 100 % der Punkte
$> 0,5$ mm Abweichung	→ 0% der Punkte

Ab einer Abweichung größer 0,5 mm der Größe gilt die Aufgabe als optisch nicht gebrauchsfähig.

Die optische Gebrauchsfähigkeit und die Abgabefähigkeit sind getrennt zu bewerten.

